

ITENS DA REQUISIÇÃO

| Item | Grupo do Mat. | Material | Quant. Solic. | Unid. de Medida | Situação |
|--|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | 30099 | REGULADORES DE P (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO) | 1.0000 | Unidade | ENC. PARA COMPRA |
| Item Apoiado: Materiais de consumo necessários para a manutenção de equipamentos e melhoria da infraestrutura em pesquisa | | | | | |
| Especificação Complementar: Aquisição de peça para funcionamento do ESPECTÔMETRO DE MASSA, conforme especificações a seguir: Regulador de pressão de duplo estágio - hélio pressão de trabalho de 500 gr a 1 bar (considerar manômetros de escala de 0 a 2 bar) saída de 1/8 OD. Corpo em latão cromado, diafragma em inox 301, manômetros cromados, com conexão ¼ OD na saída. Sede PTFE, selos PTFE, filtro bronze sinterizado - 40microns e assento encapsulado bronze. Marca: Reman. 1 ano de garantia. NCM 8481.10.00 - Pesquisador responsável: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA, email: hugo.rocha@ufrn.br, tel.: (84) 99999-9561 | | | | | |
| 2 | 30099 | REGULADORES DE P (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO) | 1.0000 | Unidade | ENC. PARA COMPRA |
| Item Apoiado: Materiais de consumo necessários para a manutenção de equipamentos e melhoria da infraestrutura em pesquisa | | | | | |
| Especificação Complementar: Aquisição de peça para funcionamento do ESPECTÔMETRO DE MASSA, conforme especificações a seguir: Regulador de pressão de duplo estágio - argônio pressão de trabalho de 500 gr a 1bar (considerar manômetros de escala de 0 a 2 bar) saída de 1/8 OD. Corpo em latão cromado, diafragma em inox 301, manômetros cromados, com conexão ¼ OD na saída. Sede PTFE, selos PTFE, filtro bronze sinterizado -40microns e assento encapsulado bronze. Marca: Reman. 1 ano de garantia. NCM 8481.10.00 - Pesquisador responsável: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA, email: hugo.rocha@ufrn.br, tel.: (84) 99999-9561 | | | | | |
| 3 | 30099 | REGULADORES DE P (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO) | 2.0000 | Unidade | ENC. PARA COMPRA |
| Item Apoiado: Materiais de consumo necessários para a manutenção de equipamentos e melhoria da infraestrutura em pesquisa | | | | | |
| Especificação Complementar: Aquisição de peça para funcionamento do ESPECTÔMETRO DE MASSA, conforme especificações a seguir: Redução de ¼ para 1/8 (com conexões, parafusos e anilhas. Marca: Reman. 1 ano de garantia. NCM 8481.10.00 - Pesquisador responsável: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA, email: hugo.rocha@ufrn.br, tel.: (84) 99999-9561 | | | | | |