

NOTA TÉCNICA

PREGÃO 006/2024 - FUNPEC

Assunto: Análise de adequação técnica de proposta comercial

Interessados: Grupo de Compras Nacionais e Internacionais

A presente Nota Técnica, elaborada em atendimento ao Setor de Compras Nacionais Internacionais da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC, tem por objetivo apresentar a análise e comparação das propostas comerciais e a classificação final resultante da avaliação técnica com base nas especificações constantes no Ofício nº 54/2023-Projeto 732017 e Ofício nº 002/2024-Projeto 732017, com vistas a subsidiar o julgamento da melhor proposta, resultante da aplicação ponderada da avaliação da adequação técnica e de preços.

A presente análise técnica levada a efeito pela coordenação do Projeto 732027, que recai sobre a Proposta Comercial apresentada no âmbito do Ofício nº 54/2023-Projeto 732017 e Ofício nº 002/2024-Projeto 732017, objeto Eventual aquisição de equipamentos de laboratório com vistas a

atender necessidades do referido Projeto Acadêmico, que ora consolidamos no quadro abaixo:

PROPONENTE (identificada pelo CNPJ)	Adequação às especificações		
	ATENDE		JUSTIFICATIVA
	SIM	NÃO	
<p>Loccus do Brasil Ltda (CNPJ: 05.094.718/0002-99)</p> <p>Itens: 02 (Estufa de CO2), 03 (Extrator de DNA), 06 (Sistema de Eletroforese) e 10 (Centrífuga Laboratório)</p>	X		Atende aos requisitos do edital.

PROPONENTE (identificada pelo CNPJ)	Adequação às especificações		
	ATENDE		JUSTIFICATIVA
	SIM	NÃO	
<p>Indrel (CNPJ: 78.589.504/0001-86)</p> <p>Item: 11 (Freezer vertical -20 C)</p>		X	Não atende aos requisitos do edital. Capacidade do produto ofertado: 120L. Capacidade mínima exigida de 500L.

PROPONENTE (identificada pelo CNPJ)	Adequação às especificações		
	ATENDE		JUSTIFICATIVA
	SIM	NÃO	
<p>CRS-BIOBOX (CNPJ: 36.806.922/0001-38)</p> <p>Item: 04 (Microscópio Biológico Invertido), 05 (Microscópio Laboratorial - Campo Escuro), 08 (Banho Maria), 09 (Câmara Fria para Imunobiológicos), 13 (Maca Para Consultório) e 14 (Microscópio Óptico)</p>	x		Atende aos requisitos do edital.
<p>CRS-BIOBOX (CNPJ: 36.806.922/0001-38)</p> <p>Item: 07 (Agitador de Kline) e 15 (Vórtex)</p>		x	<p>Agitador de Kline: não atende aos requisitos do edital, pois mesa tenha uma redução importante de tamanho (22x15cm); Exigência do edital 30x30cm. Timer do equipamento ofertado: 0 - 15min; Exigência do edital 0 - 30min.</p> <p>Vórtex: não atende aos requisitos do edital, pois a velocidade é de 2800 rpm, enquanto o edital exige que seja ajustável.</p>

Da análise empreendida, enquanto demandante eventual aquisição de equipamentos de laboratório consideramos que o equipamento ofertado pelas empresas, encontram-se em consonância com os requisitos técnicos estabelecidos nos Ofício nº 54/2023-Projeto 732017 e Ofício nº 002/2024-Projeto 732017.

Natal/RN, 19 de maio de 2024.

Assinatura de Documento Digitalizado

Dados do Documento

Descrição: Nota Técnica_Pregão 0062024 Equipamentos de Laboratório

Criado por: PAULO MAURICIO MARQUES DA COSTA (***.552.774-**) em 19 de Maio de 2024 às 10:50

Nome do Arquivo Original: Nota Técnica_Pregão 0062024 Equipamentos de Laboratório.pdf

Md5 Checksum do Arquivo Original: d55469539026b696bf3dfdd720d58283



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM**, CPF: *****.550.214-****, em 20 de Maio de 2024, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://docs.lais.ufrn.br/>, informando o código verificador **F7BC0589** e o código CRC **728863D2**.