



Comissão Funpec <comissaodeselecao@funpec.br>

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO - SELEÇÃO PÚBLICA Nº 24/2024

Paulo Maurício Costa <paulo.mauricio@lais.huol.ufrn.br>
Para: Comissão Funpec <comissaodeselecao@funpec.br>
Cc: Pedro Evangelista <pedro.evangelista@lais.huol.ufrn.br>

2 de setembro de 2024 às 10:03

Bom dia,

Prezado Julio, segue abaixo o posicionamento dos equipamentos.

Item 1 – Agitador de Kline - Proposta 01 – Bunzil - **Não atende**. Base mínima exigida: 30x30cm. Base da proposta: 22x15. Não especifica o temporizador.

Proposta 02 – Laborcare - **Não atende**. Base mínima exigida: 30x30cm. Base da proposta: 22x15. Não especifica o temporizador. Voltagem não especificada.

Item 2 - Centrífuga Laboratorial – Proposta Centrilab - Proposta não informa sobre: Motor de corrente contínua sem escova; Sistema controlado por microprocessador; Opção de rotores intercambiáveis. É possível questionar o fornecedor sobre estas especificações? Pois se negativo para alguma delas, a proposta não atende às especificações exigidas.

Item 3 – Vórtex – Proposta 01 – Laborcare - **Não atende**. Não possui velocidade ajustável como exigido no edital. Sem informação de voltagem.

Proposta 02 – Kasvi - **Não atende**. Não possui velocidade ajustável como exigido no edital.

Att.,

Paulo Mauricio Marques da Costa
Técnico Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento

Setor de Compras, Patrimônio e Prestação de Contas

Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde | Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Contato: +55 (84) 3342-2250 Ramal 116

[Texto das mensagens anteriores oculto]